



認 定 証

独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センターは、以下の適合性評価機関を JCSS の校正事業者として認定する。

認 定 識 別：JCSS 0170 Calibration

適合性評価機関の名称：株式会社小野測器 経営管理本部
品質保証ブロック 品質管理グループ

法 人 の 名 称：株式会社小野測器

適合性評価機関の所在地：栃木県宇都宮市西川田南二丁目4番13号

認 定 範 囲：流量・流速、振動加速度、速さ、
電気（直流・低周波）、音響・超音波
（詳細は別紙のとおり）

認 定 要 求 事 項：ISO/IEC 17025:2017
認定スキーム文書(JCSS 認定)（第2版）
6項に定める認定要求事項

認 定 発 効 日：2018年12月3日 流量・流速、振動加速度
2019年3月22日 速さ
2019年6月12日 電気（直流・低周波）
2019年11月19日 音響・超音波

認定の有効期限：2022年12月 2日
（初回認定発効日：2005年12月26日）

独立行政法人製品評価技術基盤機構

認定センター所長 山本 健一



・IAJapan（独立行政法人製品評価技術基盤機構認定センター）は、ILAC（国際試験所認定協力機構）及び APAC（アジア太平洋認定協力機構）の MRA（相互承認取決め）に署名している認定機関です。

・相互承認取決めに係る要求事項は、認定の基準（該当する国際規格）適合義務の他に、技能試験参加要件及び定期的な審査の受審並びに MRA 対応事業者に対するトレーサビリティ要求事項（方針）を指します。

・この事業者は ISO/IEC 17025:2017 試験所及び校正機関の能力に関する一般要求事項に適合しています。この認定は当該事業者が認定された範囲において一貫して技術的に有効な試験結果及び校正を提供するために必要な技術能力要求事項及びマネジメントシステム要求事項を満たしていることを証明するものです（2017 年 4 月 ISO-ILAC-IAF 共同コミュニケ参照）。

登録（認定）に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2014 年 11 月 13 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2014 年 11 月 13 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：液体流量計[2016 年 12 月 8 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
液体流量計	石油用流量計 (軽油)	0.000 02 m ³ /h 以上 0.30 m ³ /h 以下 (0.016 kg/h 以上 250 kg/h 以下)	0.08 %
	石油用流量計 (ガソリン)	0.000 02 m ³ /h 以上 0.000 3 m ³ /h 未満 (0.015 kg/h 以上 0.228 kg/h 未満)	0.15 %
		0.000 3 m ³ /h 以上 0.30 m ³ /h 以下 (0.228 kg/h 以上 228 kg/h 以下)	0.08 %

登録（認定）に係る区分：振動加速度

法律に基づく初回登録年月日：2012 年 12 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2012 年 12 月 20 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：振動加速度測定装置等[2016 年 12 月 20 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
振動加速度測定装置等	振動加速度計 (電圧感度)	20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.6 %
		100 Hz 超 160 Hz 以下	0.8 %
		160 Hz 超 200 Hz 以下	1.6 %
		200 Hz 超 250 Hz 以下	1.9 %
		250 Hz 超 315 Hz 以下	0.8 %
		315 Hz 超 4000 Hz 以下	0.7 %
		4000 Hz 超 5000 Hz 以下	1.5 %
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	1.2 %
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	1.5 %
	振動加速度計 (電荷感度)	20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.6 %
		100 Hz 超 160 Hz 以下	0.8 %
		160 Hz 超 200 Hz 以下	1.6 %
		200 Hz 超 250 Hz 以下	1.9 %
		250 Hz 超 315 Hz 以下	0.8 %
		315 Hz 超 4000 Hz 以下	0.7 %
		4000 Hz 超 5000 Hz 以下	1.5 %
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	1.2 %
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	1.5 %

登録（認定）に係る区分：速さ

法律に基づく初回登録年月日：2019 年 3 月 22 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2019 年 3 月 22 日

校正手法の区分の呼称[登録（認定）年月日]：速さ測定器等[2019 年 3 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
速さ測定器等	車速計	15 km/h	0.05 km/h
		40 km/h	0.04 km/h
		80 km/h	0.05 km/h
		120 km/h	0.06 km/h

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2015 年 6 月 12 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2015 年 6 月 12 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：直流・低周波測定器等[2019 年 6 月 12 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	交流電圧測定装置	1 kHz	100 mV
			1V
			10 V
		10 kHz	1 V
			10 V
		20 kHz	1 V
			10 V
		50 kHz	1 V
			10 V
		70 kHz	1 V
			10 V
		100 kHz	1 V
			10 V

登録（認定）に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録年月日：2005 年 12 月 26 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2005 年 12 月 26 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：音響測定器等[2019 年 11 月 19 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

(別紙)

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
音響測定器等	計測用マイクロホン (自由音場感度レベル、 Ⅱ形計測用マイクロホン)	20 Hz 以上 63 Hz 以下	0.3 dB
		63 Hz 超 1250 Hz 以下	0.2 dB
		1250 Hz 超 5000 Hz 以下	0.3 dB
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.4 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.5 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.6 dB
		12500 Hz 超 16000 Hz 以下	0.7 dB
		16000 Hz 超 20000 Hz 以下	0.8 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベル、 周波数重み付け特性 A)	20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.3 dB
		100 Hz 超 1000 Hz 以下	0.2 dB
		1000 Hz 超 5000 Hz 以下	0.3 dB
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.4 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.5 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.7 dB
	音響校正器 (音圧レベル、Ⅱ形マイクロホン)	250 Hz	0.07 dB
		1000 Hz	0.07 dB