

JCSS

登 録 証

株式会社小野測器 殿

計量法第143条第1項の規定に基づく校正事業者として登録します。

登 録 番 号 0170

事業所の名称 株式会社小野測器 経営管理本部
品質保証ブロック 品質管理グループ

所 在 地 栃木県宇都宮市西川田南二丁目4番13号

登録に係る区分 流量・流速、振動加速度、
電気（直流・低周波）、トルク、
音響・超音波、速さ
（詳細は別紙の通り）

登録の有効期限 2020年12月7日

2019年11月19日

独立行政法人製品評価技術基盤機構

理事長 辰巳 敬



マネジメントシステム審査をあわせて実施した区分：流量・流速





(別紙)

登録（認定）に係る区分：流量・流速

法律に基づく初回登録年月日：2014 年 11 月 13 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2014 年 11 月 13 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：液体流量計[2016 年 12 月 8 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
液体流量計	石油用流量計 (軽油)	0.000 02 m ³ /h 以上 0.30 m ³ /h 以下 (0.016 kg/h 以上 250 kg/h 以下)	0.08 %
	石油用流量計 (ガソリン)	0.000 02 m ³ /h 以上 0.000 3 m ³ /h 未満 (0.015 kg/h 以上 0.228 kg/h 未満)	0.15 %
		0.000 3 m ³ /h 以上 0.30 m ³ /h 以下 (0.228 kg/h 以上 228 kg/h 以下)	0.08 %

登録（認定）に係る区分：振動加速度

法律に基づく初回登録年月日：2012 年 12 月 20 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2012 年 12 月 20 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：振動加速度測定装置等[2016 年 12 月 20 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
振動加速度測定装置等	振動加速度計 (電圧感度)	20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.6 %
		100 Hz 超 160 Hz 以下	0.8 %
		160 Hz 超 200 Hz 以下	1.6 %
		200 Hz 超 250 Hz 以下	1.9 %
		250 Hz 超 315 Hz 以下	0.8 %
		315 Hz 超 4000 Hz 以下	0.7 %
		4000 Hz 超 5000 Hz 以下	1.5 %
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	1.2 %
	振動加速度計 (電荷感度)	8000 Hz 超 10000 Hz 以下	1.5 %
		20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.6 %
		100 Hz 超 160 Hz 以下	0.8 %
		160 Hz 超 200 Hz 以下	1.6 %
		200 Hz 超 250 Hz 以下	1.9 %
		250 Hz 超 315 Hz 以下	0.8 %
		315 Hz 超 4000 Hz 以下	0.7 %
		4000 Hz 超 5000 Hz 以下	1.5 %
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	1.2 %
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	1.5 %

登録の有効期限は、登録又は登録更新年月日から 4 年後です。

2019/11/19 JCSS0170 1/4





(別紙)

登録（認定）に係る区分：速さ

法律に基づく初回登録年月日：2019 年 3 月 22 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2019 年 3 月 22 日

校正手法の区分の呼称[登録（認定）年月日]：速さ測定器等[2019 年 3 月 22 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：現地校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
速さ測定器等	車速計	15 km/h	0.05 km/h
		40 km/h	0.04 km/h
		80 km/h	0.05 km/h
		120 km/h	0.06 km/h

登録（認定）に係る区分：電気（直流・低周波）

法律に基づく初回登録年月日：2015 年 6 月 12 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2015 年 6 月 12 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：直流・低周波測定器等[2019 年 6 月 12 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の区分の呼称	種類	校正範囲		校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)
直流・低周波測定器等	交流電圧測定装置	1 kHz	100 mV	0.070 mV
			1V	0.000 50 V
			10 V	0.0050 V
		10 kHz	1 V	0.000 50 V
			10 V	0.0050 V
		20 kHz	1 V	0.000 50 V
			10 V	0.0050 V
		50 kHz	1 V	0.000 60 V
			10 V	0.0050 V
		70 kHz	1 V	0.000 60 V
			10 V	0.0070 V
		100 kHz	1 V	0.000 60 V
			10 V	0.0070 V

登録（認定）に係る区分：トルク

法律に基づく初回登録年月日：2013 年 5 月 23 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2013 年 5 月 23 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：トルク計測機器[2018 年 10 月 18 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

登録の有効期限は、登録又は登録更新年月日から 4 年後です。

2019/11/19 JCSS0170 2/4



校正手法の区分 の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準約 95 %)
トルク計測機器	トルクメータ	右ねじり及び左ねじり 0.1 N・m 以上 1 N・m 以下	0.043 %
		右ねじり及び左ねじり 0.15 N・m 以上 1.5 N・m 以下	0.043 %
		右ねじり及び左ねじり 0.2 N・m 以上 2 N・m 以下	0.029 %
		右ねじり及び左ねじり 0.3 N・m 以上 3 N・m 以下	0.021 %
		右ねじり及び左ねじり 0.5 N・m 以上 5 N・m 以下	0.016 %
		右ねじり及び左ねじり 1 N・m 以上 10 N・m 以下	0.014 %
		右ねじり及び左ねじり 1.5 N・m 以上 15 N・m 以下	0.014 %
		右ねじり及び左ねじり 2 N・m 以上 20 N・m 以下	0.014 %
		右ねじり及び左ねじり 3 N・m 以上 30 N・m 以下	0.014 %
		右ねじり及び左ねじり 5 N・m 以上 50 N・m 以下	0.014 %
		右ねじり及び左ねじり 10 N・m 以上 100 N・m 以下	0.023 %
		右ねじり及び左ねじり 15 N・m 以上 150 N・m 以下	0.023 %
		右ねじり及び左ねじり 20 N・m 以上 200 N・m 以下	0.023 %
		右ねじり及び左ねじり 30 N・m 以上 300 N・m 以下	0.023 %
		右ねじり及び左ねじり 50 N・m 以上 500 N・m 以下	0.023 %
		右ねじり及び左ねじり 100 N・m 以上 1000 N・m 以下	0.0059 %
		右ねじり及び左ねじり 150 N・m 以上 1500 N・m 以下	0.022 %
		右ねじり及び左ねじり 200 N・m 以上 2000 N・m 以下	0.017 %
		右ねじり及び左ねじり 300 N・m 以上 3000 N・m 以下	0.017 %
		右ねじり及び左ねじり 500 N・m 以上 5000 N・m 以下	0.018 %



(別紙)

登録（認定）に係る区分：音響・超音波

法律に基づく初回登録年月日：2005 年 12 月 26 日

国際 MRA 対応初回認定発効日：2005 年 12 月 26 日

校正手法の区分の呼称[登録更新（再認定）年月日]：音響測定器等[2019 年 11 月 19 日]

恒久的施設で行う校正／現地校正の別：恒久的施設で行う校正

校正手法の 区分の呼称	種類	校正範囲	校正測定能力 (信頼の水準 約 95 %)
音響測定器等	計測用マイクロホン (自由音場感度レベル、 Ⅱ形計測用マイクロホン)	20 Hz 以上 63 Hz 以下	0.3 dB
		63 Hz 超 1250 Hz 以下	0.2 dB
		1250 Hz 超 5000 Hz 以下	0.3 dB
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.4 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.5 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.6 dB
		12500 Hz 超 16000 Hz 以下	0.7 dB
		16000 Hz 超 20000 Hz 以下	0.8 dB
	サウンドレベルメータ (自由音場レスポンスレベル、 周波数重み付け特性 A)	20 Hz 以上 100 Hz 以下	0.3 dB
		100 Hz 超 1000 Hz 以下	0.2 dB
		1000 Hz 超 5000 Hz 以下	0.3 dB
		5000 Hz 超 8000 Hz 以下	0.4 dB
		8000 Hz 超 10000 Hz 以下	0.5 dB
		10000 Hz 超 12500 Hz 以下	0.7 dB
	音響校正器 (音圧レベル、Ⅱ形マイクロホン)	250 Hz	0.07 dB
		1000 Hz	0.07 dB